



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda 18 – 1.

REQUISITI MINIMI SPECIFICI
CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA (CAD)

Il **Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata (CAD)**, è una struttura specialistica finalizzata a garantire la dialisi a pazienti con instabilità clinica ma gestibili grazie alla presenza continuativa del nefrologo durante tutta la seduta dialitica. A tale tipologia di assistenza dialitica sono destinati pazienti che non abbiano caratteristiche critiche intensive o sub-intensive che per definizione devono essere curati nei CDR.

La presente scheda modifica e/o integra la normativa di riferimento: D.G.R. 47/42 del 30/12/2010.

REQUISITI MINIMI STRUTTURALI		SI	NO
1.	Il CAD possiede i requisiti specifici strutturali previsti in via generale per i CDR		
2.	Ove si attivi o sia già attivato un programma di dialisi domiciliare (emodialisi e dialisi peritoneale) il CDA dispone dei requisiti già previsti per il CDR		

REQUISITI MINIMI IMPIANTISTICI			
3.	possiede i requisiti specifici impiantistici previsti in via generale per i CDR		
4.	Ove si attivi o sia già attivato un programma di dialisi domiciliare (emodialisi e dialisi peritoneale) il CAD dispone dei requisiti già previsti per il CDR		

REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI			
5.	possiede i requisiti specifici tecnologici previsti in via generale per i CDR		
6.	Ove si attivi o sia già attivato un programma di dialisi domiciliare (emodialisi e dialisi peritoneale) il CAD dispone dei requisiti già previsti per il CDR		

REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI			
7.	Nel Centro di Assistenza Decentrata (CAD):		
	a. la dotazione numerica del personale medico e infermieristico è quantitativamente e qualitativamente adeguata alle prestazioni da erogare ed al numero di pazienti effettivamente presenti contemporaneamente.		
	b. Il rapporto effettivo infermiere/paziente di 1 ogni 4 pazienti cronici stabili, 1 ogni 3 pazienti cronici instabili, 1 ogni 2 pazienti acuti o cronici fortemente instabili o critici in terapia o assistenza semi-intensiva e 1 ogni paziente acuto, o cronico in trattamento presso i Servizi di Rianimazione e Terapia Intensiva.		
	c. La Direzione del CAD è affidata ad un medico specialista in Nefrologia.		
	d. Il personale medico è in possesso del diploma di specializzazione in Nefrologia o titolo equipollente.		

REQUISITI ORGANIZZATIVI (procedure)			
8.	1 Il CAD assicura i requisiti di accreditamento previsti in via generale per i CDR		
Oltre ai requisiti generali di cui sopra:			
9.	3 è assicurato il funzionamento di almeno 6 posti-rene per almeno 3 giorni la settimana		
10.	4 è formalizzata la procedura per la gestione delle eventuali situazioni di urgenza e/o di emergenza anche tramite il 118 durante le ore di attività.		
11.	5 è assicurata la presenza attiva, da parte dello specialista nefrologo durante il trattamento		



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda 18 – 1.

**REQUISITI MINIMI SPECIFICI
CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA (CAD)**

IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
il mancato possesso dei seguenti requisiti e ne giustifica il motivo

Nr. Requisito	Giustificazione mancato possesso	Tempistica di risoluzione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda 18 – 1.

REQUISITI MINIMI SPECIFICI
CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA (CAD)

IL SOTTOSCRITTO D I C H I A R A
altresì l'inapplicabilità alla struttura dei seguenti criteri non soddisfatti

Nr. Requisito	Giustificazione mancato possesso

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze che le false attestazioni comportano sotto l'aspetto penale, civile ed amministrativo in caso di false dichiarazioni, certifica che la struttura di cui è responsabile alla data odierna sia in possesso dei requisiti sopra elencati.
In fede

(firma del dichiarante)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Scheda 18 – 1.

**REQUISITI MINIMI SPECIFICI
CENTRO DIALISI AD ASSISTENZA DECENTRATA (CAD)**

NOTE

Luogo e data _____

(Funzionari incaricati)

(firma del Titolare per presa visione)
